

平成 25 年 5 月 29 日

お客様 各位

積水メディカル株式会社  
マーケティング部

インフルエンザウイルスキット  
**ラピッドテスト® カラーFLUスティック**  
鳥インフルエンザA (H7N9) ウイルスに対する反応性について

謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。  
日頃は、格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊社製造販売の「ラピッドテスト® カラーFLUスティック」について、中国の鳥インフルエンザA (H7N9) ウイルスとの反応性を確認致しましたので、下記ご報告いたします。  
今後ともご愛顧賜ります様、宜しく願い申し上げます。

敬具

記

反応性を確認した中国の鳥インフルエンザA (H7N9) ウイルス

H7N9	A/Anhui/1/2013
------	----------------

(参考) 反応性を確認した動物由来インフルエンザA (H7N9) ウイルス亜型

H7N9	A/duck/Mongolia/119/2008
H7N9	A/duck/Mongolia/128/2008
H7N9	A/duck/Mongolia/147/2008
H7N9	A/duck/Mongolia/129/2010

<お問合せ先>

積水メディカル株式会社 東京都中央区日本橋三丁目13番5号  
学術担当 TEL:0120-249-977 FAX:0120-247-477

以上